

(健Ⅱ386F) (地 367)

令和3年11月8日

都道府県医師会

感染症危機管理担当理事 殿

日本医師会感染症危機管理対策室長

釜 菴 敏

N95 マスク等の個人防護具の取り扱いについて

今般、厚生労働省より各都道府県知事等宛て標記の事務連絡がなされましたのでご連絡申し上げます。

本事務連絡は、最近の N95 マスク等の個人防護具の需給状況や、感染対策医療用マスクについて JIS 規格が策定されたことを踏まえ、「N95 マスクの例外的取扱いについて」(令和2年4月13日(地 38)(健Ⅱ31)参照)及び「サージカルマスク、長袖ガウン、ゴーグル及びフェイスシールドの例外的取扱いについて」(令和2年4月17日付(健Ⅱ53F)参照)については、令和3年11月2日を持って廃止されたことを連絡するものです。

つきましては、貴会におかれましても本件についてご了知のうえ、郡市区医師会及び関係医療機関に対する周知方についてご高配のほどお願い申し上げます。

事務連絡

令和3年11月2日

各 { 都道府県
保健所設置市
特別区 } 衛生主管部（局） 御中

厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部

N95 マスク等の個人防護具の取り扱いについて

最近の N95 マスク等の個人防護具の需給状況や、感染対策医療用マスクについて JIS 規格が策定されたことを踏まえ、「N95 マスクの例外的取扱いについて」（事務連絡令和2年4月10日（令和2年8月4日最終改正））及び「サージカルマスク、長袖ガウン、ゴーグル及びフェイスシールドの例外的取扱いについて」（事務連絡令和2年4月14日）については、令和3年11月2日を持って廃止します。

貴管内の医療機関等の関係者に周知いただきますようお願いいたします。

(参考)

制定した日本産業規格 (JIS) の概要

番号	JIS T 9001
名称	医療用マスク及び一般用マスクの性能要件及び試験方法
概要	微小粒子や飛まつ等の体内への侵入を防御・空気中への飛散を防止することを目的とした、医療用・一般用マスクについての規格

番号	JIS T 9002
名称	感染対策医療用マスクの性能要件及び試験方法
概要	医療施設において感染症に罹患している患者等に対し、手術、治療又は接近する医療従事者などが使用するマスクについての規格

(※) 日本産業規格 (JIS : Japanese Industrial Standards) とは、我が国の産業標準化の促進を目的とする産業標準化法 (昭和 24 年法律第 185 号) に基づき制定される任意の国家規格です。

(参考 1)

日本産業標準調査会ホームページ

<https://www.jisc.go.jp/app/jis/general/GnrJISSearch.html>

(参考 2)

米国 CDC の関連ホームページ

Strategies to Optimize the Supply of PPE and Equipment

<https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/ppe-strategy/index.html>

Strategies for Optimizing the Supply of N95 Respirators

<https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/respirators-strategy/index.html>